

KZ.02.03.00188-2019/73186-18 / Газоанализаторы / Утвержденные типы средств измерений

Регистрационный номер	KZ.02.03.00188-2019/73186-18
Номер сертификата (НИКАД документа)	188
Сертификат выдан	19.09.2019
Сертификат действителен до	21.11.2023
Наименование СИ	Газоанализаторы
Тип средства измерения	АНКАТ-64МЗ (модификации АНКАТ-64МЗ-01/-01-У/-01-УР/-02-У/-02-УР/-03-У/-03-УР/-04/-04-У/-05-У/-05-УР)
Заводские №	-
Предприятие изготовитель	Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор» (ФГУП «СПО «Аналитприбор»)
Страна изготовителя	г. Смоленск, Россия
Получатель сертификата (адрес, телефон)	ФГУП СПО "Аналитприбор", Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3, т/ф 511242, 525159
Обозначение и наименование методики поверки	ИБЯЛ.413411.062 МП ГСИ. «Газоанализаторы АНКАТ-64МЗ. Методика поверки»
Признание первичной поверки	Да
Межповерочный интервал	1 год
Диапазон измерений СИ	В зависимости от измерительных каналов
Погрешность	В зависимости от измерительных каналов
Область применения (примечание)	для непрерывных автоматических измерений объемной доли кислорода, массовой концентрации вредных веществ, взрывоопасных концентраций одиночных горючих газов, паров горючих жидкостей и их совокупности в воздухе, в том числе паров нефти и нефтепродуктов, а также выдачи сигнализации о достижении содержания определяемых компонентов установленных пороговых значений.
Вид измерений	09 Физико-химические измерения
№ и дата решения о внесении в реестр	№28 от 13.09.2019