



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Федеральное государственное унитарное предприятие "Смоленское производственное объединение "Аналитприбор"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 214031, Россия, Смоленская область, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3. Основной государственный регистрационный номер 1026701427774. Телефон: +7(4812)-31-12-42 Адрес электронной почты: info@analitpribor-smolensk.ru

в лице Генерального директора Антонова Владислава Николаевича

заявляет, что Датчики-газоанализаторы ДАК модификаций: ИБЯЛ.418414.071-06,

ИБЯЛ.418414.071-07, ИБЯЛ.418414.071-26, ИБЯЛ.418414.071-27, ИБЯЛ.418414.071-29,
ИБЯЛ.418414.071-30, ИБЯЛ.418414.071-31, ИБЯЛ.418414.071-32, ИБЯЛ.418414.071-33,
ИБЯЛ.418414.071-34, ИБЯЛ.418414.071-35, ИБЯЛ.418414.071-36, ИБЯЛ.418414.071-37,
ИБЯЛ.418414.071-38, ИБЯЛ.418414.071-126, ИБЯЛ.418414.071-129, ИБЯЛ.418414.071-131,
ИБЯЛ.418414.071-132, ИБЯЛ.418414.071-133, ИБЯЛ.418414.071-137, ИБЯЛ.418414.071-138,
ИБЯЛ.418414.071-139, ИБЯЛ.418414.071-341, ИБЯЛ.418414.071-342, ИБЯЛ.418414.071-343

Изготовитель Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
214031, Россия, Смоленская область, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3.

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями «Датчики-газоанализаторы ДАК» ИБЯЛ.418414.071 ТУ часть 1, Техническими условиями «Датчики-газоанализаторы ДАК» ИБЯЛ.418414.071 ТУ часть 2, Техническими условиями часть 3 «Датчики-газоанализаторы ДАК» ИБЯЛ.418414.071 ТУ2, Техническими условиями часть 4 «Датчики-газоанализаторы ДАК» ИБЯЛ.418414.071 ТУ3

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9027101000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 086/21 от 02.12.2021 года, выданного Испытательной лабораторией средств связи и вещания ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский технический университет связи и информатики» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21PC35) Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении №1 на 1 листе, всего 1 позиция. Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной документации. Технические условия «Датчики-газоанализаторы ДАК» ИБЯЛ.418414.071 ТУ часть 1, Технические условия «Датчики-газоанализаторы ДАК» ИБЯЛ.418414.071 ТУ часть 2, Технические условия часть 3 «Датчики-газоанализаторы ДАК» ИБЯЛ.418414.071 ТУ2, Технические условия часть 4 «Датчики-газоанализаторы ДАК» ИБЯЛ.418414.071 ТУ3

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.01.2027 включительно


(подпись)



Антонов Владислав Николаевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.31213/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 24.01.2022



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.31213/22

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"	подразделы 6.2 и 7.2



Генеральный директор

М.П.

(подпись)

Антонов Владислав Николаевич
(Ф.И.О. заявителя)